

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Déclaration de conformité UE



KEM Flow Measurement GmbH
Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt / declare on their own responsibility that the product / Déclarent sous leur propre responsabilité que le produit

**Coriolis
Massendurchflussmesser
mit TCE-Coriolis
Elektronik**

**Coriolis Mass Meter
with TCE-Coriolis
Electronic**

**Débitmètre massique
Coriolis avec électronique
TCE-Coriolis**

Order Code Coriolis Mass Meter: **TCM ****1)_**_****_**** 2)-Ex**

****1)) 0325, 0450, 0650, 1550, 3100, 5500,7900, 028K

******2)) not relevant

Order Code TCE-Coriolis Electronic: **TCE 80*1¹)-*_****_**2)-Ex**

80*1¹) 8001, 8011

*_****_**2)) not relevant

die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union erfüllt: / complies with the relevant harmonisation directives of the European Union: / est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne:

ATEX 2014/34/EU (L 96/309 / 29.03.2014) **EMC 2014/30/EU** (L 96/79 / 29.03.2014)

LVD 2014/35/EU (L 96/357 / 29.03.2014) **RoHS 2011/65/EU** (L 174/88 / 01.07.2011)

WEEE2 2012/19/EU (L 197/38 / 24.07.2012)

angewandte harmonisierte Normen und normative Dokumente: / applied harmonised standards and normative documents: / Normes harmonisées et documents normatifs appliqués:

EN IEC 60079-0:2012 + A11:2013

EN 61326-1:2018

EN 60079-1:2014

EN 61326-2-5:2019

EN 60079-11:2012

EN 61010-1:2020

Das Produkt wurde hinsichtlich auf die wesentlichen Änderungen, die durch die folgenden harmonisierten Normen eingeführt wurden, geprüft und ist von diesen Änderungen nicht betroffen. Es entspricht den grundlegenden Anforderungen der ATEX-Richtlinie. / The product has been tested with regard to the significant changes introduced by the following harmonized standards and is not affected by these changes. It complies with the essential requirements of the ATEX Directive. / Le produit a été testé en prenant en considération les changements importants introduits par les normes harmonisées suivantes et n'est pas affecté par ces changements. Il est conforme aux exigences essentielles de la directive ATEX.

EN IEC 60079-0:2018



EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr., ausgestellt von: / EC-Type Examination Certificate No.,
issued by: / Certificat d'examen de type CE n°, délivré par:

Sira 18ATEX1264X, CSA Group Netherlands B.V. (2813)

Benannte Stelle (Kennnummer): / Notified body (Identification number): / Organisme notifié (numéro
d'identification):

TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

Bad Kötzting, 24.07.2025

ppa. Stefan Aschenbrenner
Leiter Technik | Head of Engineering

i.V. Reinhold Hirmer
Zertifizierungsingenieur | Certification Engineer